



**Некоммерческое партнерство  
“Сертификационный испытательный центр”**

**Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ME95**

195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68  
☎ 702 7883, 528 0883, ф 331 0773; E-mail: npsic@npsic.ru  
<http://npsic.ru/>



**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор НП «СИЦ»

*М.Е. Должков*

08 октября 2015 г.

м.п.

**АКТ № 21094104-15-СИЦ**

оценки результатов технических испытаний медицинского изделия:

Гипс медицинский по ТУ 5744-003-33494550-2015.

Составлен НП «Сертификационный испытательный центр» (НП «СИЦ»)  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ME95 от 22.12.2010 г.  
Действителен до 23 декабря 2015 г.

1. В период с 06 по 08 октября 2015 года НП «СИЦ» была проведена оценка результатов технических испытаний в форме проведения испытаний медицинского изделия: Гипс медицинский по ТУ 5744-003-33494550-2015 (в дальнейшем – гипс), производства ОАО «Хабезский гипсовый завод», Россия, в соответствии с утвержденной программой и методикой технических испытаний на соответствие требованиям: технических условий ТУ 5744-003-33494550-2015 (п.п. 1.1.3, 1.5.1).

2. Для проведения испытаний были предъявлены:

1) Документация:

- заявление на проведение технических испытаний;
- проект программы и методики технических испытаний;
- технические условия ТУ 5744-003-33494550-2015 (с учетом извещения № ХАБЕ 01-2015 об изменении «1»);
- инструкция по применению;
- сведения о нормативной документации на медицинское изделие;
- фотографические изображения общего вида медицинского изделия;
- уведомление ФС Росздравнадзор №01-27137/15 от 08.09.2015 г.
- заключение №2166.015Р от 22.05.2015 г. по результатам токсикологических испытаний медицинского изделия от ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России;
- акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия №12.158 ОР-ТИ/2015 от 16.06.2015 г. от ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России;